



Dry & Clean Charger

MEENERGY™ BTE P/SP Charger Manual

www.miracle-ear.com

Content

Before you start **4**

Components 6

Connecting the USB power cable 8

Charging **9**

Correct position of the hearing aids 12

Cleaning and Drying 13

Cleaning status LED 14

Charging status LEDs 15

Charging tips 19

Further information **28**

Maintenance and care 28

Troubleshooting 29

Important safety information **32**

General warnings 32

Personal safety 34

Product safety 40

Important information **42**

Explanation of symbols 42

Operating, transport, and storage conditions 44

Technical data of the power supply adapter 46

Disposal information 46

Conformance information 47

Before you start

This device is intended to charge our specific hearing aids with built-in power cells (lithium-ion rechargeable batteries). Your Hearing Care Specialist will advise you on the compatible models.

The charger is only intended for indoor use. Observe and follow the operating conditions in section "Operating, transport, and storage conditions".


The charger is not intended as a means of storage for transportation of hearing aids.



CAUTION

Read this user guide thoroughly and completely and follow the safety information in this document to avoid damage or injury.

Components




- 1 Status LEDs, charging
- 2 Status LED, UV cleaning
- 3 Charging slots

- 4 USB port for power supply
- 5 USB power cable
- 6 Power adapter

Connecting the USB power cable

- ▶ Connect your USB power cable to the provided power adapter.



Charging




NOTICE

Please make sure that the power plug is easily accessible to remove it from power supply if necessary.

- ▶ Connect the charger to the power supply.
All LEDs for each charging slot turn on successively indicating that the charger has power and is ready for use.

- ▶ Put the hearing aids in the charging slots as shown in the picture. You can charge both hearing aids at the same time. The hearing aids are automatically turned off and start charging. The charging status is indicated, see table "Charging status" on the next pages.



- ▶ When you want to use your hearing aids, take them out of the charger. They will automatically turn on.
- ▶ You can leave the charger plugged in or remove it from the power supply.

Correct position of the hearing aids

- ▶ The left and right hearing aids can be inserted into either charging slot. The slots are not side specific.
- ▶ Make sure the bottom parts of the hearing aids are placed well into the charging slots. The ear piece of the hearing instrument should always be placed in the compartment. Correct placement will be indicated by the LED.




Cleaning and Drying







Drying and cleaning focuses on tubes, ear tips and molds.



- Put the hearing aids into the charging slots and close the lid.
UVC cleaning starts automatically after closing the lid and lasts 15 min
- On-going UVC cleaning process is indicated by LEDs (see table "Charging and cleaning status")
- Drying starts automatically after closing the lid and lasts 4 hours.

Cleaning status LED




LED	Description
	UVC cleaning status LED is slowly blinking white: Cleaning for 15 minutes and only with closed lid.





Charging status LEDs



Left LED	Right LED	Description
		No LED light: The charger is not connected to a power supply. No hearing instrument is inserted or the hearing instrument is inserted incorrectly.
		LEDs rapidly blinking green in sequence (1, 2, 3): The charger is connected to a power supply and ready to charge.

Left LED	Right LED	Description
		1 LED rapidly blinking green 3 times: Charging of the correctly placed hearing instrument is initiated.
		1 LED slowly blinking green: Charging is in progress; battery SOC (State of Charge)* is < 33 %.

* Level of battery charge relative to its capacity.

Left LED	Right LED	Description
		1 LED solid green, 2 nd LED slowly blinking: Charging is in progress; battery SOC is 34-66 %.
		2 LEDs solid green, 3 rd LED slowly blinking: Charging is in progress; battery SOC is 67-99 %.
		3 LEDs solid green: The hearing instrument is fully charged.

Left LED	Right LED	Description
		LEDs blinking rapidly orange in sequence (1, 2, 3): The charger is cooling down.
		All LEDs blinking red 3 times in every 2 sec: Hearing instrument error.

Left LED	Right LED	Description
		LEDs blinking red in a sequence (1, 2): Charger error. Read more in section "Troubleshooting".

Charging tips

You may have some questions on how to best charge your hearing aids. Read the questions and answers on the following pages. If you have more questions, your Hearing Care Specialist will help you.

How often do I need to charge the hearing aids?

We recommend charging the hearing aids daily, even if the power cell is not empty. Charge them overnight so you can be sure to start your day with fully-charged hearing aids.

How long does charging take?

A full charging cycle takes approximately 3 to 4 hours.

After 30 minutes, it is possible to use your hearing aids for up to 7 hours.

Charging times may vary due to the use of the hearing aids and the age of the power cell.

Can I leave the hearing aids in the charger?

Even when fully charged, you can leave the hearing aids in the charger. They automatically stop charging when they are fully charged.

What happens if I forget to charge?

Your hearing aids will automatically switch-off when the power cell is empty. Charge the hearing aids as soon as possible.

Hearing aids which have not been charged for over 6 months may be damaged due to an unrecoverable deep-discharge of the power cell. Deep-discharged power cells cannot be charged anymore and have to be replaced.

What should I pay attention to when charging?

The hearing aids and charger must be clean and dry. Observe the operation conditions in section "Operating, transport, and storage conditions". Avoid charging at high ambient temperatures, as this can shorten the life span and capacity of the power cell.

If you use the charger in a very warm environment, note that it will stop charging in order to cool down if the charger's temperature exceeds 113° F. The LED light will blink 3 times in 2 seconds when this happens. Charging resumes automatically after the device has cooled down. Do not touch the hearing aids, they may be hot.

What if I intend not to use the hearing aids for several days or longer?

- Short-term storage (up to several days): Turn off your hearing aids via the control element on the housing or place them in the powered charger.


The charger must be connected to the power supply. If the charger is not connected to power supply and you place your hearing aids in the charger, the hearing aids are not turned off.

Note that when you turn off the hearing aids via a remote control or smartphone app, the hearing aids are not turned off completely. They are in standby-mode and still draw some power.

- Long-term storage (weeks, months, ...): First, fully charge your hearing aids. Turn them off via the control element on the housing before storing them. We recommend to use drying products while storing the hearing aids.


At 6 month intervals you will have to charge the hearing aids to avoid an unrecoverable deep-discharge of the power cell. Deep-discharged power cells cannot be charged anymore and they have to be replaced. We recommend recharging more frequently than 6 months intervals.

Observe the storage conditions in hearing aids' user guide.

 **What should I pay attention to when using a power strip with energy-saving features?**

- Turn on the power strip before you insert the hearing aids in the charger. Otherwise, the hearing aids may not be detected by the charger.
- Do not turn off the power strip while the hearing aids are in the charger. Otherwise the hearing aids will automatically turn on and discharge in the charger.

Before you turn off the power strip, remove the hearing aids from the charger and turn them off via the control element on the housing.

 **What happens if I open the lid during the cleaning process?**

The cleaning process will be paused. After closing the lid again, the process will resume.

But if you remove the hearing aids from the charger before end of the cleaning process, the timer will reset.

A new 15 min. cleaning cycle will start after reinserting the hearing aids and closing the lid.

Further information

Maintenance and care



NOTICE

Risk of injuries caused by electric shock!

- ▶ If cleaning is required, disconnect the charger from the power supply.
- ▶ Clean the charger with a soft, dry tissue.
- ▶ Never use running water or immerse the charger in water.
- ▶ Do not sterilize or disinfect the charger.
- ▶ After use and before placing in the charger, wipe the charging pins on the hearing aids with a soft, dry tissue to remove grease or moisture.

Troubleshooting

Problem	Possible solutions
LED light is off	■ Check if the power supply is connected correctly.

Problem	Possible solutions
LED lights are blinking red 3 times every 2 seconds or LED lights are blinking red in a sequence	<p>An error in the hearing instrument or in the charger has occurred.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Take the hearing aids out of the charger and disconnect the charger from the power supply. ■ Reconnect the charger to the power supply and re-insert the hearing aids in the charging slots. ■ Charger has reached the temperature limit and needs to cool down. Charging is resumed when the temperature decreases below 113° F.

Problem	Possible solutions
If the LEDs are still blinking red	<ul style="list-style-type: none"> ■ Take the hearing aids out of the charger and disconnect the charger from the power supply. ■ Contact your Hearing Care Specialist for support.

Consult your Hearing Care Specialist if you encounter further problems.

Important safety information

General warnings

- Observe the operating conditions. Refer to the section "Operating, transport, and storage conditions".
- Pay special attention to protect your device from extreme heat (e.g. fire, microwave oven, induction oven or other high induction fields) and sunlight.
- Charge your hearing aids only with the approved charger. Ask your Hearing Care Specialist for support.
- Do not disassemble the device.
- Do not use the device in explosive atmospheres.
- Do not use devices that are deformed or obviously damaged.

- Do not use the device when its performance after charging decreases considerably. Return the device to your Hearing Care Specialist.
- Do not dispose of the device in fire or water.

In any of the above cases, return your device to the Hearing Care Specialist.



WARNING

Risk of electric shock!

- ▶ Connect the charger only with a USB power supply which complies with IEC 60950-1 and/or IEC62368-1.

Personal safety



WARNING

Risk of burns!

- ▶ Do not place anything other than your hearing aids in the charger.



WARNING

Risk of electrical shock!

- ▶ Do not use obviously damaged devices and return them to point of sale.



WARNING

Choking hazard!

Your device contains small parts which can be swallowed.

- ▶ Keep hearing aids, batteries and accessories out of reach of children and mentally disabled persons.
- ▶ If parts have been swallowed consult a physician or hospital immediately.



WARNING

Note that any unauthorized changes to the product may cause damage to the product or cause injury.

- ▶ Use only approved parts and accessories. Ask your Hearing Care Specialist for support.



WARNING

Risk of explosion!

- ▶ Do not use your device in explosive atmospheres (e. g. in mining areas).



WARNING

Risk of eye injury

- ▶ In the unlikely event that the ultraviolet (UV) light stays on when the charger lid is opened, do not look directly at the UV light and return the charger to your point of sale.



WARNING

Charging systems may interfere with measuring devices and electronic equipment.

- ▶ In hospitals: The charger complies with CISPR 35 and CISPR 32. Therefore the use of the charger in hospitals should be permissible. Nevertheless the charger may interfere with highly sensitive devices. In those cases appropriate steps shall be taken (increase distance from sensitive devices or disconnect the charger from power supply).



WARNING

Interference with implantable devices

- ▶ The device can be used with all electronic implants that comply with the ANSI/AAMI/ISO 14117:2012 Electromagnetic compatibility standard for human implants.
- ▶ In case your implant does not comply with the ANSI/AAMI/ISO 14117:2012 standard, consult the manufacturer of your implantable device for information about the risk of disturbance.

Product safety



NOTICE

- ▶ Protect your devices from extreme heat. Do not expose them to direct sunlight.



NOTICE

- ▶ Protect your devices from high humidity.



NOTICE

- ▶ Do not dry your devices in the microwave oven.



NOTICE

- ▶ Do not drop. Internal components may get damaged.



NOTICE

- ▶ Do not disassemble the device.






NOTICE

- Use of incompatible parts poses a risk of malfunction.
- ▶ Use only the power supply and country specific adapter that is provided with the charger.





Important information

Explanation of symbols

Symbols used in this document

-  Points out a situation that could lead to serious, moderate, or minor injuries.
-  Indicates possible property damage.
-  Advice and tips on how to handle your device better.

Symbols on the device or packaging

-  CE compliance label, confirms compliance with certain European Directives, refer to section "Conformance information".
-  Indicates the legal manufacturer of the device.
-  Do not dispose of the device with general domestic waste. Read more in section "Disposal information".
-  Read and follow the instructions in the user guide.

Symbols on the device or packaging



Medical device

Operating, transport, and storage conditions

Operating

Temperature	50 to 95° F
Relative humidity	20 to 75%
Atmospheric pressure	700 to 1060 hPa

During extended periods of transport and storage, please observe the following conditions:

	Storage	Transport
Temperature	50 to 104° F	-4 to 140° F
Relative humidity	10 to 80%	5 to 90%
Atmospheric pressure	700 to 1060 hPa	700 to 1060 hPa

For other parts, such as hearing aids, other conditions may apply.

Technical data of the power supply adapter

Input voltage:	100-240 V AC
Input current:	0.15-0.3 A
Input frequency:	50-60 Hz
Output voltage:	5 V DC
Output current:	1 A

Disposal information

Recycle devices, accessories and packaging according to local regulations.

To avoid environmental pollution, do not throw the device into household trash. Dispose of devices according to local regulations.

Conformance information

This device complies with Part 15B of the FCC Rules and with CAN ICES-003 / NMB-003.

Operation is subject to the following conditions:

- This device may not cause harmful interference,
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation, and
- The user shall keep a minimal distance of 20 cm (8 in) during the charging process.



Dry & Clean Charger

MEENERGY™ BTE P/SP Charger
Manual del operador

www.miracle-ear.com

Contenidos

Antes de empezar	4
Componentes	6
Conexión del cable de alimentación USB	8
Carga	9
Posición correcta de los audífonos	12
Limpieza y secado	13
LED de estado de limpieza	14
LEDs de estado de carga	15
Consejos para la carga	19
Información adicional	28
Mantenimiento y cuidados	28
Solución de problemas	29

Información importante de seguridad	32
Advertencias generales	32
Seguridad personal	35
Seguridad del producto	41
Información importante	43
Explicación de los símbolos	43
Condiciones de funcionamiento, transporte y almacenamiento	45
Datos técnicos del adaptador de la fuente de alimentación	47
Información sobre la eliminación	47
Información de conformidad	48

Antes de empezar

Este dispositivo se ha diseñado específicamente para cargar nuestros audífonos con baterías integradas (pilas recargables de ion de litio). Su especialista en audición le informará sobre los modelos compatibles.

El cargador debe usarse solo en interiores. Respete y siga las condiciones de funcionamiento de la sección "Condiciones de funcionamiento, transporte y almacenamiento".


El cargador no está diseñado como un medio de almacenamiento para el transporte de audífonos.



ATENCIÓN

Lea este manual del operador por completo y a fondo, y siga la información de seguridad incluida en este documento para evitar daños o lesiones.

Componentes



1 LEDs de estado, cargando

2 LED de estado, limpieza UV

3 Ranuras de carga


4 Puerto USB para fuente de alimentación

5 Cable de alimentación USB

6 Adaptador de alimentación

Conexión del cable de alimentación USB

- ▶ Conecte su cable de alimentación USB al adaptador de alimentación proporcionado.



Carga




AVISO

Asegúrese de que se pueda acceder fácilmente al conector de alimentación para poder retirarlo de la fuente de alimentación, si es necesario.

- ▶ Conecte el cargador a la fuente de alimentación. Todas las luces LED de cada ranura de carga se encienden sucesivamente, lo que indica que el cargador tiene energía y está listo para su uso.

- ▶ Coloque los audífonos en las ranuras de carga tal y como se muestra en la imagen. Puede cargar ambos audífonos a la vez. Los audífonos se desconectan automáticamente y se empiezan a cargar. Se indica el estado de la carga; consulte la tabla "Estado de carga" en las páginas siguientes.



- ▶ Retire los audífonos del cargador cuando vaya a utilizarlos. Se encenderán automáticamente.
- ▶ Puede dejar el cargador conectado o retirarlo de la fuente de alimentación.

Posición correcta de los audífonos


- ▶ Los audífonos izquierdo y derecho se pueden insertar en cualquiera de las dos ranuras de carga. Las ranuras no son específicas para un lado.
- ▶ Asegúrese de que la parte inferior de los audífonos está bien introducida en las ranuras de carga. El molde del audífono siempre debe ir colocado en el compartimento. La luz LED indicará la colocación correcta.







Limpieza y secado





- i** Los procesos de limpieza y secado hacen referencia a tubos, puntas y moldes.
- Coloque los audífonos en las ranuras de carga y cierre la tapa. La limpieza UVC comienza automáticamente después de cerrar la tapa y tarda 15 minutos en realizarse.
- Las luces LED indican que el proceso de limpieza UVC está en curso (consulte la tabla "Estado de carga y limpieza")
- El secado comienza de forma automática después de cerrar la tapa y tarda cuatro horas en realizarse.

LED de estado de limpieza


LED	Descripción
	El LED de estado de limpieza UVC parpadea lento en blanco: La limpieza tarda 15 minutos y solo se realiza con la tapa cerrada.





LEDs de estado de carga



LED izquierdo	LED derecho	Descripción
		No hay encendida ninguna luz LED: El cargador no está conectado a una fuente de alimentación. No se ha insertado ningún audífono o el audífono está mal insertado.
		Las luces LED parpadean rápido en verde y en secuencia (1, 2, 3): El cargador está conectado a una fuente de alimentación y listo para la carga.

LED izquierdo	LED derecho	Descripción
 3x	 3x	Un LED parpadea rápido en verde tres veces: Comienza la carga del audífono bien colocado.
		Un LED parpadea lento en verde: Carga en curso; el SOC (estado de carga) de la batería* es < 33 %.

* El nivel de carga de la batería depende de su capacidad.

LED izquierdo	LED derecho	Descripción
		Un LED con luz verde fija, ^{el segundo} LED parpadea lento: Carga en curso; el SOC de la batería es del 34-66 %.
		Dos LEDs con luz verde fija, ^{el tercer} LED parpadea lento: Carga en curso; el SOC de la batería es del 67-99 %.
		Tres LEDs con luz verde fija: El audífono está completamente cargado.

LED izquierdo	LED derecho	Descripción
		Los LEDs parpadean rápido en naranja y en secuencia (1, 2, 3): El cargador se está enfriando.
		Todas las luces LED parpadean en rojo tres veces cada dos segundos: Error en el audífono.

LED izquierdo	LED derecho	Descripción
		Las luces LED parpadean en rojo y en secuencia (1, 2): Error en el cargador. Obtenga más información en la sección "Solución de problemas".

Consejos para la carga

Es posible que tenga algunas preguntas acerca de la mejor manera de cargar los audífonos. Lea las preguntas y respuestas que se proporcionan a continuación. Si tiene otras preguntas, su especialista en audición puede ayudarlo.

¿Con qué frecuencia debo cargar los audífonos?

Se recomienda cargar los audífonos a diario, incluso si la batería no está agotada. Carguelos por la noche para asegurarse de comenzar el día con los audífonos completamente cargados.

¿Cuánto tardan en cargarse?

Un ciclo de carga completo dura aproximadamente de 3 a 4 horas.

Después de 30 minutos, los audífonos se pueden utilizar durante un máximo de 7 horas.

Los tiempos de carga pueden variar en función del nivel de uso de los audífonos y de la antigüedad de la batería.

¿Puedo dejar los audífonos en el cargador?

Incluso una vez cargados completamente, puede dejar los audífonos en el cargador. Cuando están completamente cargados, la carga se detiene automáticamente.

¿Qué ocurre si me olvido de cargarlos?

Los audífonos se apagarán automáticamente cuando la batería esté agotada. Cargue los audífonos lo antes posible.

Los audífonos que no se han cargado en más de 6 meses pueden estar dañados debido a una descarga completa no recuperable de la batería. Las baterías que se han descargado completamente no pueden volver a cargarse y deben sustituirse.

¿Qué debo tener en cuenta a la hora de cargar?

Los audífonos y el cargador deben estar limpios y secos. Respete las condiciones de funcionamiento de la sección "Condiciones de funcionamiento, transporte y almacenamiento". Evite realizar la carga a temperaturas ambiente elevadas, ya que se podría reducir la vida útil y la capacidad de la batería. Si debe utilizar el cargador en un entorno muy caluroso, tenga en cuenta que, si la temperatura del cargador supera los 45 °C, la carga se detendrá para permitir que el cargador se enfríe. La luz LED parpadeará tres veces cada dos segundos cuando esto suceda. La carga se reanuda automáticamente una vez que se enfría el dispositivo. No toque los audífonos ya que podrían estar calientes.



¿Y si no voy a usar los audífonos unos días o más tiempo?

- Almacenamiento a corto plazo (hasta varios días): Apague los audífonos con el botón de control en la carcasa o colóquelos en el cargador con tensión.

El cargador debe estar conectado a la fuente de alimentación. Si el cargador no está conectado a la fuente de alimentación y coloca los audífonos en el cargador, estos no se apagarán.

Tenga en cuenta que si apaga los audífonos con un control remoto o por medio de la aplicación para smartphones, los audífonos no se apagarán completamente. Entrarán en modo de espera y seguirán consumiendo algo de energía.

- Almacenamiento a largo plazo (semanas, meses, etc.): En primer lugar, cargue completamente los audífonos. Antes de guardarlos, apáguelos con el botón de control en la carcasa. Se recomienda el uso de productos de secado durante el almacenamiento de los audífonos.

Deberá cargar los audífonos cada 6 meses a fin de evitar una descarga completa irre recuperable de la batería. Las baterías que se han descargado completamente no pueden volver a cargarse y deben sustituirse. Se recomienda realizar la recarga más frecuentemente que a intervalos de 6 meses.

Respete las condiciones de almacenamiento indicadas en el manual del operador de los audífonos.



¿Qué debo tener en cuenta si utilizo una regleta con funciones de ahorro energético?

- Encienda la regleta antes de insertar los audífonos en el cargador. De lo contrario, es posible que el cargador no detecte los audífonos.
- No apague la regleta mientras los audífonos estén en el cargador. Si lo hace, los audífonos se encenderán automáticamente y se descargarán en el cargador.

Antes de apagar la regleta, retire los audífonos del cargador y apáguelos con el botón de control en la carcasa.



¿Qué ocurre si abro la tapa durante el proceso de limpieza?

El proceso de limpieza se detendrá. Cuando vuelva a cerrar la tapa, el proceso se reanudará.

Pero si retira los audífonos del cargador antes de que finalice el proceso de limpieza, el temporizador se reiniciará.

Cuando vuelva a insertar los audífonos y cierre la tapa, se iniciará un nuevo ciclo de limpieza de 15 minutos.

Información adicional

Mantenimiento y cuidados



AVISO

¡Peligro de lesiones por descarga eléctrica!

- ▶ Si hay que limpiarlo, desconecte el cargador de la fuente de alimentación.
- ▶ Limpie el cargador con un paño suave y seco.
- ▶ No utilice nunca agua corriente ni sumerja el cargador en agua.
- ▶ No esterilice ni desinfecte el cargador.

- ▶ Después de usarlo y antes de colocarlo en el cargador, limpie las espigas de carga de los audífonos con un paño suave y seco para eliminar la grasa y la humedad.

Solución de problemas

Problema	Posibles soluciones
No se enciende la luz LED	■ Compruebe que la fuente de alimentación esté conectada correctamente.

Problema	Posibles soluciones
Las luces LED parpadean en rojo tres veces cada dos segundos o Las luces LED parpadean en rojo y en secuencia	<p>Se ha producido un error en el audífono o en el cargador.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Retire los audífonos del cargador y desconecte el cargador de la fuente de alimentación. ■ Conecte de nuevo el cargador a la fuente de alimentación y vuelva a insertar los audífonos en las ranuras de carga. ■ El cargador ha alcanzado el límite de temperatura y precisa enfriarse. La carga se reanudará cuando la temperatura disminuya y esté por debajo de 113° F.

Problema	Posibles soluciones
Si las luces LED siguen parpadeando en rojo	<ul style="list-style-type: none"> ■ Retire los audífonos del cargador y desconecte el cargador de la fuente de alimentación. ■ Solicite la asistencia de su especialista en audición.

En caso de otros problemas, consulte al especialista en audición.

Información importante de seguridad

Advertencias generales

- Respete las condiciones de funcionamiento. Consulte la sección "Condiciones de funcionamiento, transporte y almacenamiento".
- Extreme las precauciones para proteger el audífono del calor extremo (p. ej., fuego, horno microondas, horno de inducción y otros campos de alta inducción) y de la luz solar.
- Cargue los audífonos únicamente con el cargador autorizado. Solicite asistencia al especialista en audición.
- No desmonte el dispositivo.

- No utilice el dispositivo en atmósferas explosivas.
- No utilice dispositivos que estén deformados o claramente dañados.
- No utilice el dispositivo si su rendimiento se reduce considerablemente después de la carga. Lleve el dispositivo a su especialista en audición.
- No tire el dispositivo al fuego o al agua.

En cualquiera de los casos anteriores, devuelva el dispositivo a su especialista en audición.



ADVERTENCIA

Riesgo de descarga eléctrica

- ▶ Conecte el cargador únicamente a una fuente de alimentación USB que cumpla la norma IEC60950-1 o IEC62368-1.

Seguridad personal



ADVERTENCIA

Riesgo de quemaduras.

- ▶ No coloque en el cargador nada que no sean los audífonos.



ADVERTENCIA

¡Riesgo de descarga eléctrica!

- ▶ Si el aparato está claramente dañado, no lo use y devuélvalo al punto de venta.



ADVERTENCIA

Peligro de asfixia.

El dispositivo contiene piezas pequeñas que se pueden tragar.

- ▶ Mantenga los audífonos, pilas y accesorios fuera del alcance de los niños y personas con deficiencias mentales.
- ▶ En caso de ingestión de alguna pieza, consulte con un médico o acuda a un hospital inmediatamente.



ADVERTENCIA

Tenga en cuenta que cualquier cambio no autorizado en el producto puede provocar daños materiales o personales.

- ▶ Utilice solo piezas y accesorios autorizados. Solicite la asistencia de su especialista en audición.



ADVERTENCIA

¡Peligro de explosión!

- ▶ No use el dispositivo en atmósferas explosivas (p. ej. en minas).



ADVERTENCIA

Riesgo de lesión ocular

- ▶ En el caso poco probable de que la luz ultravioleta (UV) siga encendida al abrir la tapa del cargador, no mire directamente a la luz UV y devuelva el cargador al punto de venta.



ADVERTENCIA

Los sistemas de carga pueden interferir en los dispositivos de medición y los equipos electrónicos.

- ▶ En hospitales: El cargador cumple las normas CISPR 35 y CISPR 32. Por lo tanto, debería permitirse el uso del cargador en hospitales. No obstante, el cargador podría interferir en los dispositivos de alta sensibilidad. En tales casos, deben tomarse las medidas adecuadas (aumentar la distancia con respecto a los dispositivos sensibles o desconectar el cargador de la fuente de alimentación).



ADVERTENCIA

Interferencia con dispositivos implantables

- ▶ El dispositivo se puede utilizar con todos los implantes electrónicos que cumplen el estándar de compatibilidad electromagnética ANSI/AAMI/ISO 14117:2012 de implantes para humanos.
- ▶ Si su implante no cumple con el estándar ANSI/AAMI/ISO 14117:2012, pida información al fabricante del dispositivo implantable sobre los riesgos de perturbaciones.

Seguridad del producto



AVISO

- ▶ Proteja los dispositivos del calor extremo. No los exponga a la luz directa del sol.



AVISO

- ▶ Proteja los dispositivos de la humedad elevada.



AVISO

- ▶ No seque los dispositivos en un horno microondas.



AVISO

- ▶ No los deje caer. Los componentes internos se podrían dañar.



AVISO

- ▶ No desmonte el dispositivo.



AVISO

El uso de componentes incompatibles supone un riesgo de fallo.

- ▶ Use solo la fuente de alimentación y el adaptador específico del país suministrados con el cargador.

Información importante

Explicación de los símbolos

Símbolos utilizados en este documento



Indica una situación que podría provocar lesiones leves, moderadas o graves.



Indica posibles daños materiales.



Consejos y sugerencias para manejar mejor el dispositivo.

Símbolos en el dispositivo o embalaje



La marca CE certifica la conformidad con determinadas directivas europeas. Consulte la sección "Información de conformidad".



Indica el fabricante legal del dispositivo.



No deseche el dispositivo con la basura doméstica general. Obtenga más información en la sección "Información sobre la eliminación".



Lea y siga las instrucciones del manual del operador.

Símbolos en el dispositivo o embalaje



Dispositivo médico

Condiciones de funcionamiento, transporte y almacenamiento

Funcionamiento

Temperatura	de 50 a 104° F
Humedad relativa	Del 20% al 75%
Presión atmosférica	De 700 hPa a 1060 hPa

Durante largos períodos de transporte y almacenamiento, respete las siguientes condiciones:

	Almacenamiento	Transporte
Temperatura	De 50° F a 104° F	De -4° F a 140° F
Humedad relativa	Del 10 % al 80 %	Del 5 % al 90 %
Presión atmosférica	De 700 hPa a 1060 hPa	De 700 hPa a 1060 hPa

Para otras piezas, como los audífonos, pueden aplicarse otras condiciones.

Datos técnicos del adaptador de la fuente de alimentación

Tensión de entrada:	100-240 V CA
Corriente de entrada:	0,15-0,3 A
Frecuencia de entrada:	De 50 Hz a 60 Hz
Tensión de salida:	5 V CC
Corriente de salida:	1 A

Información sobre la eliminación

Recicle los dispositivos, accesorios y embalajes según la normativa local.

Para evitar la contaminación medioambiental, no tire el dispositivo a la basura. Deseche los dispositivos según la normativa local.

Información de conformidad

Este dispositivo cumple con el apartado 15B de las normas FCC y con las normas CAN ICES-003 / NMB-003.

Su funcionamiento está sujeto a las condiciones siguientes:

- Este dispositivo no debe provocar interferencias dañinas.
- Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas aquellas que puedan provocar un funcionamiento no deseado.
- El usuario deberá mantener una distancia mínima de 20 cm (8 pulgadas) durante el proceso de carga.



Distributed By Miracle-Ear, Inc.
150 South Fifth Street, Suite 2300
Minneapolis, MN 55402
www.miracle-ear.com

Information in this manual subject to change without notice.
Copyright ©2021 Miracle-Ear, Inc.
La información de este manual está sujeta a cambio sin previo aviso.
Derechos de autor ©2021 Miracle-Ear, Inc.